

产品测试研究报告页

检测项目	可迁移性荧光、重金属、微生物限度	产品型号	日用
产品名称	医用垫巾	数 量	/
规 格	155mm	生产批号	20250520
检验依据	GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）		
接收日期	2025.05.21	报告日期	2025.05.28
测试流程 及 测试结果	取医用垫巾样品，对样品进行可迁移性荧光、重金属、微生物限度测试，具体结果如下：		
	检验项目及条款	标准要求	检验结果 单项结论
	可迁移性荧光物质	应符合规定	符合要求 符合规定
	重金属	应 $\leq 10 \mu\text{g/g}$	符合要求 符合规定
	微生物限度	需氧菌总数应小于100cfu/g	小于10 cfu/g
		霉菌和酵母菌总数应小于10cfu/g	小于10 cfu/g
		不得检出白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（1g）	均未检出
	符合规定		
检验结论	所检项目符合 GB/T 8939-2018。		
编写	王慧	审核	黄李彬
		批准	王慧

产品测试研究报告页

检测项目	可迁移性荧光、重金属、微生物限度		产品型号	日用	
产品名称	医用垫巾		数 量	/	
规 格	338mm		生产批号	20250520	
检验依据	GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）				
接收日期	2025.05.21		报告日期	2025.05.28	
测试流程及测试结果	取医用垫巾样品，对样品进行可迁移性荧光、重金属、微生物限度测试，具体结果如下：				
	检验项目及条款	标准要求	检验结果	单项结论	
	可迁移性荧光物质	应符合规定	符合要求	符合规定	
	重金属	应≤10 μg/g	符合要求	符合规定	
	微生物限度	需氧菌总数应小于100cfu/g	小于10 cfu/g	符合规定	
		霉菌和酵母菌总数应小于10cfu/g	小于10 cfu/g		
		不得检出白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（lg）	均未检出		
					
检验结论	所检项目符合GB/T 8939-2018。				
编写	王蕊	审核	黄子彬	批准	王蕊

产品测试研究报告页

检测项目	可迁移性荧光、重金属、微生物限度	产品型号	日用		
产品名称	医用垫巾	数 量	/		
规 格	240mm	生产批号	20250520		
检验依据	GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）				
接收日期	2025. 05. 21	报告日期	2025. 05. 28		
测试流程及测试结果	取医用垫巾样品，对样品进行可迁移性荧光、重金属、微生物限度测试，具体结果如下：				
	检验项目及条款	标准要求	检验结果	单项结论	
	可迁移性荧光物质	应符合规定	符合要求	符合规定	
	重金属	应≤10 μg/g	符合要求	符合规定	
	微生物限度	需氧菌总数应小于100cfu/g	小于 10 cfu/g	符合规定	
		霉菌和酵母菌总数应小于 10cfu/g	小于 10 cfu/g		
		不得检出白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（1g）	均未检出		
检验结论	所检项目符合 GB/T 8939-2018。				
编写	王慧	审核	黄子彬	批准	王慧

湖南华联康生物科技有限公司
成 品 质 量 检 验 报 告 书

编号:HLK-C0049-2505-02

品 名	医用垫巾	规格型号	240mm	检验日期	2025.05.21
批 号	20250520	检验数量	5 片	报告日期	2025.05.22
产品数量	48000 片	检验依据	医用垫巾产品技术要求		
检验项目及条款	标准要求			检验结果	单项结论
外观	表面应洁净，无明显脏污，应完整无破损			符合要求	符合规定
尺寸	尺寸允差应在±5%范围内			238mm	符合规定
吸水倍率	≤190mm 吸水倍率≥2.0 >190mm 吸水倍率≥7.0			符合要求	符合规定
PH 值	应 4.0~9.0			6.88	符合规定
检验报告结论：本批产品按医用垫巾产品技术要求检验，符合规定。					

检验人：黄景梅

复核人：王 芳

质量部部长：王婷婷

湖南华联康生物科技有限公司
成品质量检验报告书

编号: HLK-C0049-2505-03

品 名	医用垫巾	规格型号	338mm	检验日期	2025.05.21
批 号	20250520	检验数量	5 片	报告日期	2025.05.22
产品数量	15000 片	检验依据	医用垫巾产品技术要求		
检验项目及条款	标准要求			检验结果	单项结论
外观	表面应洁净，无明显脏污，应完整无破损			符合要求	符合规定
尺寸	尺寸允差应在±5%范围内			336mm	符合规定
吸水倍率	≤190mm 吸水倍率≥2.0 >190mm 吸水倍率≥7.0			符合要求	符合规定
PH 值	应 4.0~9.0			6.85	符合规定
检验报告结论：本批产品按医用垫巾产品技术要求检验，结果：				符合规定	

检验人: 黄嘉楠

复核人: 王燕

质量部部长: 王峰峰

湖南华联康生物科技有限公司

成品质量检验报告书

编号: HLK-C0049-2505-01

品 名	医用垫巾	规格型号	155mm	检验日期	2025.05.21
批 号	20250520	检验数量	5 片	报告日期	2025.05.22
产品数量	40000 片	检验依据	医用垫巾产品技术要求		
检验项目及条款	标准要求			检验结果	单项结论
外观	表面应洁净, 无明显脏污, 应完整无破损			符合要求	符合规定
尺寸	尺寸允差应在±5%范围内			155mm	符合规定
吸水倍率	≤190mm 吸水倍率≥2.0 >190mm 吸水倍率≥7.0			符合要求	符合规定
PH 值	应 4.0~9.0			6.83	符合规定
检验报告结论: 本批产品按医用垫巾产品技术要求检验, 结果符合规定。 					

检验人: 黄东梅

复核人: 王浩

质量部部长: 王婷婷